

ENTRÉE SIGRE

22 OCT. 2021

ML

Steinsel, le 15 octobre 2021

Sigre
16, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION**Notre référence : Rapport PESRI071Objet : Vérification de votre pont-bascule à Grevenmacher

Mesdames, Messieurs,

Suite à votre demande, j'ai l'honneur de vous communiquer que votre pont-bascule, de marque Systec, type IT6000A, N°041664, d'une portée maximale de 30/60 t et d'un échelon de vérification de 10/20 kg, a été vérifié et poinçonné le 13 octobre 2021 par notre service.

Le pont-bascule précité a répondu aux conditions techniques et aux caractéristiques métrologiques déterminées au règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 concernant les instruments de pesage à fonctionnement non automatique.

La marque légale de vérification constituée d'une vignette verte portant les deux derniers chiffres de l'année de vérification (21) entourés d'une couronne a été apposée sur la plaque signalétique de l'indicateur de charge. La marque au millésime "21" a une validité de trois ans.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de ma parfaite considération.

**Service de Métrologie Légale**
35, rue J.-F. Kennedy
L-7327 Steinsel
HALSDORF M.
Chef de service