

Steinsel, le 25 octobre 2024

Sigre Décharge Muertendall  
16, rue de Flaxweiler  
L-6776 Grevenmacher

## CERTIFICAT DE VÉRIFICATION

Notre référence : Rapport PESRI125

Objet : Vérification de votre pont-bascule à Grevenmacher

Mesdames, Messieurs,

Suite à votre demande, j'ai l'honneur de vous communiquer que votre pont-bascule, de marque Systec, type IT6000A, N°041644, d'une portée maximale de 30/60 t et d'un échelon de vérification de 10/20 kg, a été vérifié et poinçonné le 24 octobre 2024 par notre service.

Le pont-bascule précité a répondu aux conditions techniques et aux caractéristiques métrologiques déterminées au règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 concernant les instruments de pesage à fonctionnement non automatique.

La marque légale de vérification constituée d'une vignette verte portant les deux derniers chiffres de l'année de vérification (24) entourés d'une couronne a été apposée sur la plaque signalétique de l'indicateur de charge. La marque au millésime "24" a une validité de trois ans.

Veillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de ma parfaite considération.

**Service de Métrologie Légale**  
35, rue J.-F. Kennedy  
L-7327 Steinsel



RIES F.  
Chef de service f.f.



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère de l'Économie

